

FLUKE®

62 MAX/62 MAX +

Infrared Thermometer

Användarhandbok

(Swedish)
April 2012 Rev. 1, 11/12
© 2012 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna Flukeprodukt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i 3 år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. Du erhåller service under garantiperioden genom att skicka in den defekta produkten till närmaste auktoriserade servicecenter för Fluke, tillsammans med en beskrivning av problemet.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÄDDA. FLUKE KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR OAVSETT ANLEDNING ELLER TEORETISK ORSAK. Eftersom det på vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, vilket innebär att denna ansvarsbegränsning kanske inte gäller dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett WA 98206-9090
USA

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 B.D. Eindhoven
Nederländerna

Innehållsförteckning

Rubrik

	Sida
Inledning	1
Kontakta Fluke	1
Säkerhetsinformation	2
Underhåll	6
Byta ut batteriet	6
Rengöra produkten	6
Specifikationer	7
Standarder och myndighetsgodkännanden	9
Produkten	10

Inledning

Fluke 62 MAX and 62 MAX + Infrared Thermometers (produkten) kan användas till att bedöma yttemperaturen genom att mäta mängden IR-energi som utstrålas av målets yta. Observera att de japanska modellerna endast visar Celsius.

⚠ Warning

Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.

Kontakta Fluke

Kontakta Fluke genom att ringa något av följande telefonnummer:

- Teknisk support i USA: +1-800-44-FLUKE (+1-800-443-5853)
- Kalibrering/reparation i USA: +1-888-99-FLUKE (+1-888-993-5853)
- Kanada: +1-800-36-FLUKE (+1-800-363-5853)
- Europa: +31 402-675-200
- Japan: +81-03-6714-3114
- Singapore: +65-6799-5655
- Andra länder: +1-425-446-5500

Du kan också besöka Flukes webbplats på adressen www.fluke.com.

Registrera din produkt genom att gå till <http://register.fluke.com>.

Visa, skriv ut eller hämta det senaste tillägget till handboken genom att gå till
<http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Säkerhetsinformation

Rubriken **Varning** anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren. Rubriken **Försiktighet** identifierar förhållanden och åtgärder som kan orsaka skador på produkten eller den utrustning som testas.

I tabell 1 visas symboler som används på produkten och i den här handboken.



För att undvika ögonskador och personskador:

- Läs ”**Säkerhetsinformation**” innan du använder produkten.
- Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.
- Använd endast produkten enligt instruktionerna, annars kan produktskyddet förstöras.

- Inspektera höljet innan du använder produkten. Använd inte produkten om den verkar vara skadad. Kontrollera om det finns sprickor eller om plastbitar saknas.
- Se emissivitetsinformation för aktuella temperaturer. Reflektiva föremål resulterar i lägre mätningsresultat än den aktuella temperaturen. Dessa föremål utgör en brandrisk.
- Titta inte direkt in i lasern med optiska verktyg (t.ex. kikare, teleskop, mikroskop). Optiska verktyg kan fokusera på lasern och vara farliga för ögat.
- Titta inte in i lasern. Peka inte lasern direkt mot personer eller djur eller indirekt från reflektiva ytor.
- Byt ut batterierna när indikatorn för låg batterispänning visas för att undvika felaktiga mätningar.
- Använd inte produkten i närvheten av explosiv gas, ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.
- Använd endast produkten som specificerat, i annat fall kan farlig laserstrålning uppstå.

Tabell 1. Symboler

Symbol	Innebörd	Symbol	Innebörd
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor.		Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Avyttra inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Gå till Flukes webbsida för information om återvinning.
	Risk för fara. Viktig information. Se handboken.		

Infrared Thermometer
Säkerhetsinformation

Tabell 1. Symboler (forts.)

Symbol	Innebörd	Symbol	Innebörd
	Varning: Laser.		Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.
	Batteri		Uppfyller relevanta australiensiska normer.
	沪制01120009号		Överensstämmer med kinesisk metrologicertifiering

Underhåll

⚠ Var försiktig

Undvik skada på produkten genom att inte lämna termometern på eller i näheten av objekt med hög temperatur.

Byta ut batteriet

För att installera eller byta ut AA IEC LR06-batteriet öppnar du batterifacket och byter batteriet på det sätt som visas i bild 16.

Rengöra produkten

Använda tvål och vatten på en fuktig svamp eller mjukt tygstycke för att rengöra produktens hölje. Torka försiktigt av ytan med en fuktad bomullstrasa. Trasan kan fuktas med vatten. Se figur 17.

Specifikationer

	62 MAX	62 MAX +
Temperaturintervall	-30 °C till 500 °C (-22 °F till 932 °F)	-30 °C till 650 °C (-22 °F till 1202 °F)
Noggrannhet (Kalibreringsgeometri med omgivande temperatur på $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)	$\geq 0^{\circ}\text{C}: \pm 1,5^{\circ}\text{C}$ eller $\pm 1,5\%$ av mätvärdet, beroende på vilket som är störst $\geq 32^{\circ}\text{F}: \pm 3^{\circ}\text{F}$ eller $\pm 1,5\%$ av mätvärdet, beroende på vilket som är störst $\geq -10^{\circ}\text{C}$ till $<0^{\circ}\text{C}: \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\geq 14^{\circ}\text{F}$ till $<32^{\circ}\text{F}: \pm 4^{\circ}\text{F}$) $< -10^{\circ}\text{C}: \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($< 14^{\circ}\text{F}: \pm 6^{\circ}\text{F}$)	$\geq 0^{\circ}\text{C}: \pm 1^{\circ}\text{C}$ or $\pm 1\%$ av mätvärdet, beroende på vilket som är störst ($\geq 32^{\circ}\text{F}: \pm 2^{\circ}\text{F}$) $\geq -10^{\circ}\text{C}$ till $<0^{\circ}\text{C}: \pm 2^{\circ}\text{C}$ ($\geq 14^{\circ}\text{F}$ till $<32^{\circ}\text{F}: \pm 4^{\circ}\text{F}$) $< -10^{\circ}\text{C}: \pm 3^{\circ}\text{C}$ ($< 14^{\circ}\text{F}: \pm 6^{\circ}\text{F}$)
Responstid (95 %)	<500 ms (95 % av mätvärdet)	<300 ms (95 % av mätvärdet)
Spektralrespons	8 till 14 mikroner	
Strålningstal	0,10 till 1,00	
Temperaturkoefficient	$\pm 0,1^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{C}$ eller $\pm 0,1\%/{^{\circ}\text{C}}$	det som är störst)

62 MAX/62 MAX +

Användarhandbok

Optisk upplösning	10:1 (beräknad vid 90 % energi)	12:1 (beräknad vid 90 % energi)
Upplösning för skärm/teckenfönster	0,1 °C (0,2 °F)	
Repeterbart (% av mätvärdet)	±0,8 % av mätvärdet eller ±1,0 °C (2 °F), beroende på vilket som är störst	±0,5 % av mätvärdet eller ±0,5 °C (1 °F), beroende på vilket som är störst
Effekt	1 AA IEC LR06-batteri	
Batterlivslängd	10 timmar med aktiverad laser och bakgrundsbelysning	8 timmar med aktiverad laser och bakgrundsbelysning
Vikt	255 g	
Storlek	(175 x 85 x 75) mm (6,88 x 3,34 x 2,95) tum	
Driftstemperatur	0 °C till 50 °C (32 °F till 122 °F)	
Förvaringstemperatur	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F), (utan batteri)	
Luftfuktighet vid drift	10 % till 90 % RH icke-kondenserande vid 30 °C (86 °F)	
Höjd över havet vid drift	2 000 meter över medelhavsnivån	
Höjd över havet vid förvaring	12 000 meter över medelhavsnivån	

Infrared Thermometer

Standarder och myndighetsgodkännanden


Inträngsskyddsklassificering	IP 54 per IEC 60529
Falltest	3 meter
Vibration och stötar	IEC 60068-2-6 2,5 g, 10 till 200 Hz, IEC 60068-2-27, 50 g, 11 ms
EMC	EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006

Standarder och myndighetsgodkännanden

- Överensstämmelse EN/IEC 61010-1
- Lasersäkerhet EN 60825-1 Klass 2
- Implementeringsstandard Q/SXAV37


62 MAX/62 MAX + Användarhandbok

Produkten




gtt01.eps


Infrared Thermometer Produkten




gtt14.eps



SEL



=




10 min

+





Infrared Thermometer

Produkten




gtt15.eps

62 MAX/62 MAX + Användarhandbok




gtt08-11.eps


14



gtt03.eps



16



17

